

Voorbeeldprotocol voor gebruik latexvrije producten op de OK

Bron: Latexprotocol Academisch Medisch Centrum Amsterdam
(Beenhakker et al., 2003)

Verwijder al het latexhoudend materiaal zo veel mogelijk uit de operatiekamer\

- Gebruik latexvrije onderzoeks-, operatiehandschoenen, gezichtsmaskers en mutsen. In non-woven materiaal zit soms latexhoudende lijm!
- Gebruik latexvrije infuussystemen en spuitjes.
- Infuusflessen en zakken met een latexhoudende dop of aanprikpunt moeten niet gebruikt worden. Vermijdt ook de aanprikpunten van infuuszakken waarin latex geïsoleerd zit.
- Overleg met de apotheker welke medicijnen gebruikt kunnen worden. Probeer zoveel mogelijk medicijnen die in een glazen ampul verpakt zitten te gebruiken.
- Zachte saturatiemeters kunnen latex bevatten. Plak bij twijfel voor het gebruik de vinger of teen af met Tegaderm®. Nelcor® levert nu latexvrije plak saturatiemeters.
- Gebruik een stuk zwachtel onder de stuwband om het infuus in te brengen.
- Vastplakken van het infuus e.d. kan gebeuren met: Leucosilk®, Leucopor®, Veca-fix®, Medipor® en Tegaderm®. Zelfs een klein stukje leukoplast® kan een anafylactische reactie veroorzaken.
- Tensiebanden zijn ook latex/pvc-vrij verkrijgbaar. Zorg dat de verbindingsslang voor bloeddrukmeting, tussen machine en manchet, niet in aanraking met de patiënt komt.
- Stethoscopen kunnen latexhoudend zijn.
- Gebruik een latexvrij beademingstoestel (zijn leveranciers van beademingstoestellen terughoudend op de vraag of hun toestel latexvrij is, beschouw deze dan als latexhoudend).
- Gebruik van een beademingsfilter kan inhalatie van latexdeeltjes voorkomen.
- Gebruik siliconen beademingsballonnen voor de Watersset. Er zijn latexhoudende ballonnen in de handel die een coating met siliconen hebben. Helaas is niet waar te nemen of die coating niet stuk is. Het Jackson Rees beademingssysteem is in een latexvrije uitvoering verkrijgbaar. Ook zijn latexvrije disposable Waters- en Jackson Rees-systemen te koop en beademingskapjes. Endotracheale tubes kunnen gefixeerd worden met een veterbandje.
- Indien een lange handschoen nodig, dan een steriel mouwtje met daaroverheen steriele operatiehandschoen gebruiken.
- Er is een latexvrije Swan-Ganz katheter van de firma Edwards® zonder ballon verkrijgbaar. Probleem bij een Swan-Ganz katheter zonder ballon is het niet 'balloon floating' kunnen inbrengen. Daardoor is röntgen

doorlichting nodig en is meten van de Wedge pressure onmogelijk. Latexvrije Swan-Ganz katheters en inbrengsets zijn in ontwikkeling. Innumed® heeft een siliconen Swan-Ganz katheter waar wij geen ervaring mee hebben. Gebruik geen centrale lijnen waarbij latexhoudende dopjes mee gesteriliseerd zijn.

- Neem als team door welke materialen gebruikt gaan worden en wat de eventuele alternatieven zijn.

Let op: dit protocol is slechts een voorbeeld van het door het AMC gebruikte latexprotocol. Het kan zijn dat de genoemde Leveranciers inmiddels meer of andere latexvrije varianten van hun producten aanbieden.